


最終製品試験成績書

製品名	スワブカラー-PYR
Lot番号	P10029
使用期限	2023. 07

試験項目：性能試験		試験結果	
被検菌株名	規格		
<i>Streptococcus pyogenes</i>	陽性	(陽性)	陰性
<i>Enterococcus faecalis</i>	陽性	(陽性)	陰性
<i>Salmonella enterica</i>	陰性	陽性	(陰性)
<i>Citrobacter freundii</i>	陽性	(陽性)	陰性

試験実施日	2021. 07. 07		
試験担当者	尾崎浩章		

判定	合格
----	----

株式会社アクテック