

最終製品試験成績書

製品名	スワブカラー PYR
Lot番号	P10034
使用期限	2026.01

試験項目：性能試験		試験結果	
披検菌株名	規格		
<i>Streptococcus pyogenes</i>	陽性	陽性	陰性
<i>Enterococcus faecalis</i>	陽性	陽性	陰性
<i>Salmonella enterica</i>	陰性	陽性	陰性
<i>Citrobacter freundii</i>	陽性	陽性	陰性

試験実施日	2024.1.10
試験担当者	尾崎浩章 

判定	合格
----	----

株式会社アクテック