





BBB キット —解凍から使用まで—



解凍後、培養液の添加量

	解凍	1回目の培地交換	2回目の培地交換
血管側	200 µL	300 µL	300 µL
脳側	1000 µL	1200 µL	1200 µL



-80°Cディープフリーザーで、商品到着から1カ月間の保管が可能！

→ 実験の都合に合わせて解凍できる！